

ПРОТОКОЛ №52

итогов закупа способом из одного источника лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг в рамках ГОБМП на 2020 год

с. Явленка

13 ноября 2020 года

1. Заказчик и организатор государственных закупок КГП на ПХВ «Явленская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО» в соответствии с «Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования», утверждёнными Постановлением Правительства РК №1729 от 30.10.2009 г. (далее – Правила) провело закупки способом из одного источника.

2. Краткое описание и предполагаемая цена закупаемых товаров и услуг:

№ лота	Наименование товара	Краткое описание закупаемых товаров	Ед. изм.	Кол-во, объем	Цена, тенге	Выделенная сумма, тенге
1	Рентгеновская пленка 30*40 №100 MXG	Зеленочувствительная рентгеновская пленка. Рентгеновская пленка используется с рентгенографическими кассетами с экранами GREEN400 сенсibilизированными в зеленой части спектра с максимальной чувствительностью при длине волны 545±5 нм. Рентгеновская пленка изготовлена по новейшей технологии плоских микрокристаллов галогенидов серебра T-grains и гарантирует безупречное качество и высокую информационную емкость изображения. Рентгеновская пленка должна обладать высокой стабильностью, сохраняя свои сенситометрические характеристики, в том числе низкую плотность вуали, в течение всего гарантийного срока. Рентгеновская пленка должна иметь синюю полиэтилентерефталатную (ПЭТФ) основу, прокрашенную в массу с оптической плотностью прокраски основы = 0,165, и толщиной 0,175 мм, которая обеспечивает высокую	упаков-ка	10	25500	255000,00

№ лота	Наименование товара	Краткое описание закупаемых товаров	Ед. изм.	Кол-во, объем	Цена, тенге	Выделенная сумма, тенге
		<p>степень прозрачности и яркости радиографических снимков. Эмульсионный, защитный и вспомогательные слои обеспечены противоореальной и антистатической защитой, а специальная технология этих слоев позволяет производить химико-фотографическую обработку пленки как вручную, так и в автоматических проявочных машинах любых типов, в том числе при ускоренных циклах длительностью до 45 сек. Рентгеновская пленка должна быть наиболее пригодна в общей радиографии для получения высококачественных рентгеновских снимков с коротким временем и широким интервалом экспозиций. Пленка упакована в светозащищенные водонепроницаемые пакеты по 100 шт. Каждый пакет упакован в картонную коробку бело-оранжевого цвета. На коробке указан светофильтр применяемого фонаря для работы в темном помещении. Рентген сенситометрические показатели пленки: При ручной проявке: $S_{0.85}$ - не менее 1700, g – не менее 2,8 При машинной обработке: $S_{0.85}$ - не менее 1800, g – не менее 2,7, где $S_{0.85}$ - чувствительность пленки, g - средний градиент контрастности</p>				
		Итого выделенная сумма				255000,00

3. Победители государственных закупок:

Приглашенные поставщики:

ТОО «Альянс», БИН 970140000102, 070002, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Красина 12/2, соответствует требованиям гл. 3 и 4 настоящих Правил. На

основании п.п. 5 п. 116 Правил закуп лекарственных средств по лоту 1 способом из одного источника на сумму 255000,00 тенге считать состоявшимся.

Главный врач



Казиев А. Ж.