Дополнение к протоколу №17 от 21.08.2023 г.
об утверждении итогов закупа медицинской техники способом тендера

с. Явленка 11 сентября 2023 года

1. Наименование организатора тендера: КГП на ПХВ «Явленская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО».

Тендерная комиссия в следующем составе:

		Председатель тендерной комиссии
Береснева Е. В.,		Исполняющая обязанности директора
		Заместитель председателя тендерной комиссии:
Муканов С. С.		анестезиолог-реаниматолог с вменением и.о. заместителя директора по лечебной работе
		Члены тендерной комиссии:
Шамшуменова Р.К.		Главный бухгалтер
Якутина Т. В.	отсутствовала (в очередном трудовом отпуске)	Заведующая аптекой
Лашевич Н. П.		Главная медсестра
		Секретарь тендерной комиссии:
Ершов М. В.		Экономист

2. Для определения соответствия предоставленных потенциальными поставщиками технических спецификаций требованиям тендерной документации по лотам №1 и №2 в качестве эксперта была привлечена главный внештатный лаборант Северо-Казахстанской области Филиппова Татьяна Геннадьевна.

3. На основании предоставленных документов и экспертного заключения от 08.09.2023 г. тендерная комиссия постановила признать заявки ТОО «ОрдаМед Петропавловск» по лотам №1 и №2 соответствующими условиям тендерной документации, в связи с чем допустить данного поставщика к участию в тендере.

На основании п.п. 7) п. 62 Правил отклонить тендерные заявки следующих поставщиков:

ТОО «ДиАКиТ» (по лоту №1 превышено количество реагентов, отсутствует миксер; по лоту №2 – несоответствия требованиям технической спецификации в разделе объем образца, в разделе реакционный блок, в разделе линейности, в разделе расход воды, в разделе габариты и вес оборудования), ТОО «Эндомед» (по лоту №1 отсутствует микрокапиллярный адаптер, в разделе требования к условиям эксплуатации внесены дополнительные требования к помещению; по лоту №2 – в разделе образец отсутствует цельная кровь, отсутствуют дополнительные комплектующие, использование многоразовых кювет вместо одноразовых, не указаны габариты и вес оборудования, в разделе расходные материалы и изнашиваемые узлы не указаны параметры линейности и количество воспроизводимых исследований, в разделе требования к условиям эксплуатации внесены дополнительные требования к помещению), ТОО «Med-M» (по лоту №1 превышено количество реагентов, отсутствует прокалыватель крышки; по лоту №2 – в разделе образец отсутствует цельная кровь, отсутствует перечень проводимых на анализаторе анализов, в разделе тип требуемой воды представлена деионизированная вода вместо запрашиваемой в технической спецификации дистиллированной, дополнительные комплектующие отсутствуют, габариты и вес оборудования превосходят запрашиваемые, в разделе расходные материалы и изнашиваемые узлы не указаны параметры линейности, чувствительности и количество воспроизводимых исследований).

4. Признать победителем по лотам №1 и №2 ТОО «ОрдаМед Петропавловск» на основании п. 66 Правил (в отсутствии конкуренции по лоту).

5. В сроки и на условиях, оговоренных в главе 6 Правил, заключить договор закупа с победителем итогов тендера.

Председатель тендерной комиссии _____ **Береснева Е. В.**

Заместитель председателя тендерной комиссии

_____ **Муканов С. С.**

Члены тендерной комиссии _____ **Шамшуменова Р. К.**

_____ **Лашевич Н. П.**

Секретарь тендерной комиссии _____ **Ершов М. В.**

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К ТЕНДЕРУ ПО ЗАКУПУ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ (РЕАГЕНТОВ)

г. Петропавловск «8»сентября 2023 г.

К рассмотрению представлены тендерные заявки, технические спецификации следующих потенциальных поставщиков:

1. ТОО«Ордамед»г. Петропавловск, ул. Чкалова, д. 48, оф. 222, +7 7152 50 02 72

2. ТОО«Эндомед»г Астана, ул. Сейфулина 3, 8 708 425 68 01

3. ТОО«ДиАКиТ»г. Караганды, микрорайон 19, строение 40«а»+7 7212 378602

4. ТОО«Мед-М»г. Петропавловск, ул. Валиханова 7, офис 34, 8 707 652 15 42

При проведении работы по определению соответствия тендерной документации, предлагаемой потенциальными поставщиками по закупу:

«Медицинских изделий по Лотам№1, организатором закупа которой выступает КГП на ПХВ«Явленская районная больница»КГУ«УЗ акимата СКО»установлено следующее:

Таблица соответствия

Лот №1 - Гематологический анализатор

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «ОрдаМед Петропавловск»	ТОО «ДиАКиТ»	ТОО «Эндомед»	ТОО «Мед-М»
Предлагаемая модель МТ:	Swelab Alfa Plus	RT-7600 3-Diff	BC-30S	Micro CC-20 Plus
Производитель МТ:	Boule Medical AB, Швеция	Rayto Life and Analytical SciencesCo, Ltd., Китай	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Ltd., Китай	High Technoiogy inc., США
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике	соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует

Дополнительные комплектующие				
Принтер	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Источник бесперебойного питания	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования к условиям эксплуатации	соответствует	соответствует	Не соответствует	соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Требования к сопутствующим услугам	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Комментарии:

Комментарии:

ТОО «Ордамед»	Представленная техническая спецификация по Лоту №1 гематологический анализатор соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации.
ТОО «Эндомед»	Представленная техническая спецификация по Лоту №1 гематологический анализатор не соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации. 1. Отсутствует микрокапиллярный адаптер.

	2. В разделе Требования к условиям эксплуатации внесены дополнительные требования к помещению
ТОО «Мед-М»	Представленная техническая спецификация по Лоту №1 гематологический анализатор не соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации. 1. Превышает количество реагентов 2. Отсутствует прокалыватель крышки
ТОО «ДиАКиТ»	Представленная техническая спецификация по Лоту №1 гематологический анализатор не соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации. 1. Превышает количество реагентов 2. Отсутствует миксер

Эксперт **Филиппова Т.Г.**

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К ТЕНДЕРУ ПО ЗАКУПУ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ (РЕАГЕНТОВ)

г. Петропавловск «8» сентября 2023 г.

К рассмотрению представлены тендерные заявки, технические спецификации следующих потенциальных поставщиков:

1. ТОО «Ордамед» г. Петропавловск, ул. Чкалова, д. 48, оф. 222, +7 7152 50 02 72

2. ТОО «Эндомед» г Астана, ул. Сейфулина 3, 8 708 425 68 01

3. ТОО «ДиАКиТ» г. Караганды, микрорайон 19, строение 40 «а» +7 7212 378602

4. ТОО «Мед-М» г. Петропавловск, ул. Валиханова 7, офис 34, 8 707 652 15 42

При проведении работы по определению соответствия тендерной документации, предлагаемой потенциальными поставщиками по закупу:

«Медицинских изделий по Лотам №2», организатором закупа которой выступает КГП на ПХВ «Явленская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО» установлено следующее:

Таблица соответствия

Лот №2 - Автоматический биохимический анализатор

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО «ОрдаМед Петропавловск»	ТОО «ДиАКиТ»	ТОО «Эндомед»	ТОО «Мед-М»
Предлагаемая модель МТ:	Respons 910	EXC200	BS-240Pro	BioChemFC-200
Производитель МТ:	DiaSys Diagnostic Systems GmbH, Германия	Zybio Inc., Китай	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай	High Technoiogy inc., США
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)	Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)
Основные комплектующие				
Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует

Дополнительные комплектующие				
Лоток для реагентов	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Датчик резервуара для воды в сборе	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Моющая станция	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Сборка отсека для срочных образцов	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Сектор пластиковых кювет	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Фотометрическая лампа	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Адаптеры для пробирок 1.5 мл	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Держатель пробирок 10 мл	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Расходные материалы и изнашиваемые узлы:				
Аланинаминотрансфераза(АЛАТ) (ALAT (GPT) FS (IFCC mod.))	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Аспартатаминотрансфераза (ACAT) (ASAT (GOT) FS (IFCC mod.))	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует
ГлюкозаГО (Glucose GODFS)	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Мочевина (Urea FS)	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Чистящее средство А	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Чистящее средство В	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Соответствует
Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц				
Требования к сопутствующим услугам	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Комментарии:

ТОО «Ордамед»	Представленная техническая спецификация по Лоту №2 Автоматический биохимический анализатор соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации.
ТОО «Эндомед»	Представленная техническая спецификация по Лоту №2 Автоматический биохимический анализатор не соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации. 1. В разделе образец, отсутствует цельная кровь 2. Дополнительные комплектующие отсутствуют. 3. Использование многоразовых кювет, в запрашиваемой технической спецификации-одноразовые кюветы. 4. Не указаны габариты и вес оборудования. 5. В разделе Расходные материалы и изнашиваемые узлы: не указаны параметры линейности, чувствительности, количество воспроизводимых исследований. 6. В разделе Требования к условиям эксплуатации внесены дополнительные требования к помещению.
ТОО «Мед-М»	Представленная техническая спецификация по Лоту №2 Автоматический биохимический анализатор не соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации. 1. В разделе образец, отсутствует цельная кровь 2. Отсутствует перечень проводимых на анализаторе анализов 3. В разделе Тип требуемой воды представлена деионизированная вода, по запрашиваемой технической спецификации необходима дистиллированная.

	4. Дополнительные комплектующие отсутствуют. 5. Габариты и вес оборудования превосходят запрашиваемые. 6. В разделе Расходные материалы и изнашиваемые узлы: не указаны параметры линейности, чувствительности, количество воспроизводимых исследований
ТОО «Диакит»	Представленная техническая спецификация по Лоту №2 Автоматический биохимический анализатор не соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации. 1. В разделе объем образца 2. В разделе реакционный блок 3. В разделе линейности 4. В разделе расход воды 5. Габариты и вес оборудования превосходят запрашиваемые

Эксперт Филиппова Т.Г.